

원광보건대학교
공고번호 : 제2021-22호

물 품 사양서

치위생과 멀티마네킨시스템 사양서



원광보건대학교
WONKWANG HEALTH SCIENCE UNIVERSITY

번호	1	사 양 서		
품 명	멀티마네킨시스템		수량	41대
납품장소	원광보건대학교 내 치위생과(보건관 220호)			
■ 제품규격 및 특징 1. 본체 : 철재에 특수 열처리 도장, 라운드 프레임. / 본체규격 : 800mm x 630mm x 758mm 2. 인조대리석 라운드 시스템. 3. 사이드 패널 : 철재에 특수 열처리 도장, 높낮이 조절, 인체공학적인 각도 4. 백 패널 및 점검 패널 : 철재에 특수 열처리 도장 5. 멀티 마네킨 시스템 - 규격 : 250mm x 550mm x 728mm / 철재에 특수 열처리 도장, 높낮이 조절. - 스프링 더블 패널 / 마네킨 전동 리프트. / 전동 마네킨 브라켓(철재) - 전원 및 모터 : DC 12V 2A SMPS, 전원 AC 220V - 작동 방법 및 고정 방식 : button식, screw - 동작시간 및 작동 거리 : 8.5 sec(up) / 7.5 sec(down) / 430mm 6. 전동 모니터 시스템 - 전원 및 모터 : DC 12V 2A SMPS, 전원 AC 220V - 작동 방법 및 고정 방식 : button식, screw - 동작시간 및 작동 거리 : 8.5 sec(up) / 7.5 sec(down) / 430mm - 전동 모니터 브라켓(철재) : 무게하중 20kg 이상 - 모니터 오픈 커버(철재) - 기존 모니터 및 케이블 설치(연동) 7. 콘트롤 장치 : 전동 모니터 up & down SW, 마네킨 리프트 up & down SW 2구 콘센트, 메인 코드 및 홀더. 8. 비주얼 시스템 - 기존 카메라 및 거치대 장착 / 기존 분배기 장착 및 연동 테스트 ■ 부속장비 - 본체, 인조대리석 라운드 시스템, 사이드 패널, 백 패널 및 점검 패널, 멀티 마네킨 시스템, 전동 모니터 시스템, 콘트롤 장치, 비주얼 시스템 ■ 기타사항 1. 보증기간은 검수 완료 후 2년을 무상으로 제공한다. 2. 공급자는 기존 실습실 멀티마네킨시스템 장비의 철거 및 지정 장소로 이동시켜야 한다. 3. 공급자는 기존 장비에 설치된 모니터를 분리 후 신규 장비에 재설치해야 한다. 4. 계약 후 50일 이내로 설치하여야 하며 납품장소는 우리대학에서 지정한 장소로 한다.				

- 5. 공급자는 장비납품 시 설치현장을 사전에 확인하고 사용시설의 전원공급 방식 등을 고려하여 장비 가동이 정상적으로 될 수 있도록 관리팀과 사전 협의하여야 한다.
- 6. 장비의 설치와 작동서비스는 무상으로 제공하고 장비가 정상운영 될 때까지 전문기술자에 의한 교육을 실시하며, 수시 교육 요청에도 즉시 응해야 한다.
- 7. 교육과 관련한 비용 및 장비 설치에 따른 제반비용은 공급자가 부담한다.
- 8. 장비의 사용기간(10년 이상)내 원활한 가동을 위하여 부품을 안정적으로 공급해야하며, 장비의 단종시 대체부품으로 공급하여야 한다.

■ 참고 이미지



기 타	◦ 2년 이상 무상 유지보수(보험증권 제출) ◦ 사양서 성능과 동등 또는 이상인 제품으로 입찰을 참여하여야 함.
-----	---

끝.