

규격서

번호	1	규격서		
※ 응찰하고자 하는 모든 장비는 아래 제시한 규격의 내용과 동일하거나 상위사양 이어야 함.				
품명	이동형 X-선 촬영장치 세트		수량	1SET
납품장소	원광보건대학교 내 방사선과(학림관 106호)			
□ 구성 - 인버터형 고전압 X-선 발생장치 1EA - X-선관 지지장치 1EA - 메인 본체 카트 1EA - 디지털 이미지 처리장치(노트북) 1EA - 이동형 테이블 1EA - 이동형 칸막이 1EA □ 사양 1. 인버터형 고전압 X-선 발생장치 - 최대전력 : 51kW - mAs 범위 : 0.32-100mAs - Rating : 100mA/40~50kV - 튜브 전압 범위 : 40 - 110kV 2. X-선관 지지장치 - 양극열 축적 용량 : 42.8kHU - 초점사이즈 : 1.8mm - 타겟각도 : 15° 3. 메인 본체 카트 - X선 튜브 지지방식 : Spring Balanced Arm - 초점높이 : 455-1,855mm - 튜브 지지대 길이 : 1,100mm - 튜브 지지대 각도 : ±90° - 너비 : 586mm - 길이 : 806mm - 무게 : 145kg - Power Single-phase, Voltage : 220V 4. 디지털 이미지 처리장치(노트북 14인치 이상) - CPU : i7-7700 3.6G - RAM : 8GB - HDD : 1TB				

- OS : Win 10 pro 64bit

5. 이동형 테이블(상판 고정형)

- 무게 : 90KG
- 천판 넓이 : 728 X 1950mm
- 천판 높이 : 700mm

5. 이동형 칸막이

- size : 900 X 1800mm

□ 참고이미지



□ 계약상대자 유의사항

- 품질보증기간은 설치완료일로부터 최소 2년 이상으로 할 것
- 전문 엔지니어로부터 가동테스트 및 사용자 교육을 2회 이상 시행하여야 함
- 시스템에 대한 정기적인 업데이트를 시행하여야 함
- 계약상대자는 규격서에 명시되지 않은 세부사항에 관하여 사업부서와의 사전 합의 후 업무를 추진하여야 함

끝.